

Perkolat - Analysepakke												Grundvand - Analysepakke					
sort.nr.:	Parameter	Enh.	Detektionsgrænse	Analysemetode	N1	NK1	P, R1	P, R2	P, U1	P, U2	PB1, R	PB1, U	PB1, S	G1	G2	G/P, R	G/P, U
1	pH	pH	-	DS 287:1978		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Ledningsevne	mS/m	0,1	DS/EN 27888			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Total-N	mg/l	0,05	DS/EN 11905 Auto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Total-P	mg/l	0,005	DS/EN 1 6878aut	1	1					1	1	1	1	1	1	1
5	Ammonium, filtreret	mg/l	0,006	SM 17 udg. 4500								1	1	1	1	1	1
6	TOC, totalt organisk kulstof	mg/l	0,5	DS/EN 1484								1		1	1		1
7	COD, Kemisk iltforbrug	mg/l	5	ISO15705/LC500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Chlorid	mg/l	1	SM 17 udg. 4500			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Sulfat	mg/l	0,5	SM 17 udg. 4500			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1
10	Natrium (Na)	mg/l	0,5	ISO17294m-ICPMS					1			1		1	1		1
11	Calcium (Ca)	mg/l	0,5	ISO17294m-ICPMS					1			1		1	1		1
12	NVOC, ikke-flygt.org.kulstof	mg/l	0,1	SM 5310 A+B					1			1		1	1		1
13	AOX, som Cl	mg/l	0,015	DIN EN ISO 9562								1		1	1		1
14	Benzen-C10	µg/l	2	GC/FID	1		1	1		1	1	1		1		1	1
15	C10-C25	µg/l	8	GC/FID	1		1	1		1	1	1		1		1	1
16	C25-C35	µg/l	10	GC/FID	1		1	1		1	1	1		1		1	1
17	Sum (Benzen-C35)	µg/l	#	GC/FID	1		1	1		1	1	1		1		1	1
18	Naphthalen	µg/l	0,01	MK2260-GC/MS			1			1	1	1	1	1	1		1
19	Phenanthren	µg/l	0,01	MK2260-GC/MS	1		1			1	1	1	1	1	1		1
20	Anthracen	µg/l	0,01	MK2260-GC/MS	1		1			1	1	1	1	1	1		1
21	Acenaphthen	µg/l	0,01	MK2260-GC/MS							1	1	1	1			
22	Fluoranthen	µg/l	0,01	MK2260-GC/MS	1		1			1	1	1	1	1	1		1
23	Pyren	µg/l	0,01	MK2260-GC/MS	1		1			1	1	1	1	1	1		1
24	Benzo(a)anthracen	µg/l	0,01	MK2260-GC/MS	1		1			1	1	1	1	1	1		1
25	Chrysen/ Triphenylen	µg/l	0,01	MK2260-GC/MS	1		1			1	1	1	1	1	1		1
26	Benzo(b)+k)fluoranthen	µg/l	0,01	MK2260-GC/MS			1			1	1	1	1	1	1		1
27	Benzo(a)pyren	µg/l	0,01	MK2260-GC/MS	1		1			1	1	1	1	1	1		1
28	Indeno(1,2,3-cd)pyren	µg/l	0,01	MK2260-GC/MS			1			1	1	1	1	1	1		1
29	Benzo(g,h,i)perylen	µg/l	0,01	MK2260-GC/MS			1			1	1	1	1	1	1		1
30	Dibenzo(a,h)anthracen	µg/l	0,01	MK2260-GC/MS							1	1	1	1			
31	Fluoren	µg/l	0,01	MK2260-GC/MS							1	1	1	1			
32	Acenaphthylen	µg/l	0,01	MK2260-GC/MS							1	1	1	1			
33	Sum PAH (16 EPA)	µg/l	0,01	MK2260-GC/MS	1		1			1	1	1	1	1	1		1
34	Diethylhexylphthalat (DEHP)	µg/l	0,1	MK2265-GC/MS							1	1	1	1	1		1
35	Cyanid, total	µg/l	1	DS/EN ISO 14403	1		1			1	1	1	1	1	1		1
36	Arsen (As)	µg/l	0,8	ISO17294m-ICPMS	1		1			1	1	1	1	1	1		1
37	Chrom (Cr)	µg/l	0,5	ISO17294m-ICPMS	1												
38	Kobber (Cu)	µg/l	0,04	ISO17294m-ICPMS	1		1		1	1	1	1	1	1	1		1
39	Bly (Pb)	µg/l	0,025	ISO17294m-ICPMS	1		1		1	1	1	1	1	1	1		1
40	Zink (Zn)	µg/l	0,5	ISO17294m-ICPMS	1		1		1	1	1	1	1	1	1		1
41	Cadmium (Cd)	µg/l	0,004	ISO17294m-ICPMS	1		1		1	1	1	1	1	1	1		1
42	Nikkel (Ni)	µg/l	0,03	ISO17294m-ICPMS	1		1		1	1	1	1	1	1	1		1
43	Kviksølv (Hg)	µg/l	0,05	ISO17294m-ICPMS	1		1		1	1	1	1	1	1	1		1
44	Tørstof	mg/l	20	DS 204:1980			1	1	1	1	1	1	1			1	1
45	BiS	mg/l	0,5	DS/EN 1899-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1
46	Ammoniak+ammonium-N, filtreret	mg/l	0,005	SM 17 udg. 4500													
47	Alkalinitet, total	mmol/l	0,005	DS/EN 1 9963													
48	VOC, flygtigt org. kulstof	mg/l	0,1	MK4261DS/EN1484													
49	Hydrogencarbonat	mg/l	3	DS/EN 1 9963													
50	Nitrat	mg/l	0,5	SM 17 udg. 4500													
51	Sulfid-S	mg/l	0,02	DS 278:1/1976					1			1					1
52	Magnesium (Mg)	mg/l	1	ISO17294m-ICPMS													
53	Kalium (K)	mg/l	0,2	ISO17294m-ICPMS					1			1					1
54	Jern (Fe)	mg/l	0,01	ISO17294m-ICPMS					1			1					1
55	Mangan	mg/l	0,005	ISO17294m-ICPMS					1								
56	Vanadium (V)	µg/l	0,5	ISO17294m-ICPMS													
57	PCB nr. 28	µg/l	0,01	MK2260-GC/MS			1				1	1	1				1
58	PCB nr. 52	µg/l	0,01	MK2260-GC/MS			1				1	1	1				1
59	PCB nr. 101	µg/l	0,01	MK2260-GC/MS			1				1	1	1				1
60	PCB nr. 118	µg/l	0,01	MK2260-GC/MS			1				1	1	1				1
61	PCB nr. 138	µg/l	0,01	MK2260-GC/MS			1				1	1	1				1
62	PCB nr. 153	µg/l	0,01	MK2260-GC/MS			1				1	1	1				1
63	PCB nr. 180	µg/l	0,01	MK2260-GC/MS			1				1	1	1				1
64	Benzen	µg/l	0,2	GC/MS	1							1	1	1			
65	Toluen	µg/l	0,2	GC/MS	1												
66	Ethylbenzen	µg/l	0,2	GC/MS	1												
67	m+p-Xylen	µg/l	0,2	GC/MS	1												
68	o-Xylen	µg/l	0,2	GC/MS													
69	Chrom-6	µg/l	0,1	ISO17294m-ICPMS	1		1		1	1	1	1	1	1	1		1
70	Chrom-3	µg/l	0,1	Beregning	1		1		1	1	1	1	1	1	1		1
71	Fortynding	ml/l	0,1								1	1	1	1			
72	LAS	µg/l	100	HPLC								1	1	1			
73	Nitrifikat.hæm 1 konc/std.slam	%	20	ISO/9509								1	1	1	1		
74	Nonylphenoldiethoxylater	µg/l	0,1	MK0250-GC/MS								1	1	1			
75	Nonylphenoler	µg/l	0,1	MK0250-GC/MS								1	1	1			
76	Nonylphenolmonoethoxylater	µg/l	0,1	MK0250-GC/MS								1	1	1			
77	Sum Nonylphenoler+ethoxylater	µg/l	0,1									1	1	1			
78	Olie + fedt (total)	mg/l	0,1	DS/R209 mod.								1	1	1			
79	Suspenderede stoffer	mg/l	0,5	DS/EN 872								1	1	1			
80	Sum BTEX	µg/l	#	GC/MS													
81	Sum Xylener	µg/l	#	GC/MS													

Betegnelse	Beskrivelse
N1	Nedsivning 1
NK1	Nedsivning /kompost 1
P,R1	Perkolat - Rutine 1
P, R2	Perkolat - Rutine 2
P, U1	Perkolat - Udvidet 1
P, U2	Perkolat - Udvidet 2
PB1, R	PB1 - Rutine
PB1, U	PB1 - Udvidet
PB1, S	PB1 - Supplerende
G1	Grundvand 1
G2	Grundvand 2
G/P, R	Grundvand/perkolat - Rutine
G/P, U	Grundvand/perkolat - Udvidet

Gammel betegnelse
N
NK
P, R, f (Perkolat, Rutine, farligt affald)
P, R, m&b (Perkolat, Rutine, mineralsk og blandet affald)
P, U, m (Perkolat, Udvidet, mineralsk affald)
P, U, b&f (Perkolat, Udvidet, blandet og farligt affald)
PB1, R
PB1, U
PB1
G

G&P, R
G&P, U